

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego niemieckiej firmy

**KARTA KATALOGOWA****1.0290 Aparat Blaine'a. Elektroniczny.***Zgodność z Normami : EN 196 , DIN 1164 , BS 4550 , ASTM C 204*

Aparat Blaine'a służy do określania czystości cementu portlandzkiego. Oferowany model jest modelem elektronicznym półautomatycznym z pompką i rejestracją czasu.

Zasilanie : 2330 V , 50 Hz (jednofazowy)

**Gwarancja: 12 miesięcy**

19.09.2012.