

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego niemieckiej firmy

**KARTA KATALOGOWA****1.0295 Aparat Blaine'a. Skomputeryzowany, 2-komorowy.**

Zgodność z Normami : EN 196 , DIN 1164 , BS 4550 , ASTM C 204



Aparat Blainea służy do określania czystości cementu portlandzkiego.

Oferowany model jest modelem skomputeryzowanym (system Dyckerhoff) i przeznaczony jest do automatycznego przeprowadzenia testu.

W komplecie oprogramowanie.

Aparat posiada 2 komory badawcze o średnicy 41 mm.

Pojemność komory badawczej ok. 73 cm³

Zasilanie : 230 V / 50 Hz (jednofazowe)

Gwarancja: 12 miesięcy.

19.09.2012.