

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego niemieckiej firmy



KARTA KATALOGOWA

1.0295 Aparat Blaine'a. Skomputeryzowany, 2-komorowy.

Zgodność z Normami : EN 196 , DIN 1164 , BS 4550 , ASTM C 204



Aparat Blaine'a służy do określania czystości cementu portlandzkiego. Oferowany model jest modelem skomputeryzowanym (system Dyckerhoff) i przeznaczony jest do automatycznego przeprowadzenia testu.

W komplecie oprogramowanie.

Aparat posiada 2 komory badawcze o średnicy 41 mm.

Pojemność komory badawczej ok. 73 cm³

Zasilanie : 230 V / 50 Hz (jednofazowe)

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
1.0295	Aparat Blaine'a. Skomputeryzowany, 2-komorowy.	9 678,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Gwarancja: 12 miesięcy.

19.09.2012.