

produkt firmy 

C-035/ASTM Aparat Blaine'a

do oznaczania stopnia zmielenia cementu

Zgodno z norm ASTM C 204

Przyrząd służy do oznaczania stopnia zmielenia cementu.

Ukompletowanie zestawu:

Naczynie pomiarowe ze stali nierdzewnej

Dysk perforowany

Nurnik

Szklany manometr rurkowy typu U

Papier filtracyjny



Gwarancja: 12 miesięcy

18.10.2017. C17-0 R35 T0 E/U=1