


**1.0214 Pierścienie Le Chatelier**do badania stałości objętości stwardniających zapraw cementowych  
Zgodność normą EN 196-3

Jest to dzielony cylinder o wewnętrznej średnicy 30 mm i wysokości 30 mm z dwoma prętowymi wskaźnikami. Pierścień jest niklowany.

**Akcesoria:**

Nr kat.	Opis
1.0214.01	Obciążnik 100 g
1.0214.02	Płytki szklane (2 szt.)

16.05.2018. C18-0 R15 T0