



produkt firmy 

1.0280 Aparat do badania reaktywności wapna

Zgodność normą EN 459-2

W skład aparatu wchodzi :

- naczynie Dewara o pojemności 1000 ml i średnicy 77 mm
- pokrywa plastikowa z otworem na oś mieszadła i termometr
- stelaż z silnikiem o prędkości obrotowej 300 ± 50 obr/min
- płaskie mieszadło o normowym kształcie
- termometr wzorcowy 0 – 100 °C

Gwarancja: 12 miesięcy



Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
1.0280	Aparat do badania reaktywności wapna	7 593,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów sprowadzenia.

24.08.2018. C18-0 R15 T0