

**KARTA KATALOGOWA****99.11 Aparat do oznaczania zawartości cementu w świeżej mieszance betonowej**  
( ang. RAM – Rapid Analysis Machine )

Zgodno z norm BS 1881

Aparat słu y do szybkiego oznaczenia zawarto ci cementu w wie ej masie betonowej. Mo e by równie wykorzystywany do analizy zawarto ci kruszywa grubego, kruszywa drobnego, lotnych popiołów i u lu

Test jest przeprowadzany automatycznie, na próbce betonu o maksymalnej masie 8 kg.

Maksymalny bł d: 5 kg/1 m<sup>3</sup>.

Czas trwania testu: ok 10 minut.

Wymagana woda: 80 litrów na test.

Zasilanie 230 V, 50 Hz, jednofazowe.

Wymiary: 780 x 660 x 1500 (h) mm.

Waga: 100 kg.

**Akcesoria:**

**2.0257.02** Zestaw odczynników chemicznych do 75 testów

**Cennik**

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
<b>99.11</b> 2.0257	Aparat do oznaczania zawarto ci cementu w wie ej mieszance betonowej ( ang. RAM – Rapid Analysis Machine )	<b>39 450,00</b>
	<b>Akcesoria</b>	
<b>2.0257.02</b>	Zestaw odczynników chemicznych do 75 testów	

Podane ceny s cenami netto.

Ceny przeliczane s na PLN wg tabeli kursów sprzeda y Banku PEKAO S.A. na dzie fakturowania.

Gwarancja : 12 miesi cy

Nasza firma od ponad 50 lat jest obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych.

30.09.2012.