

produkt firmy **AG-41 Aparat do oznaczania zawartości drobnych cząstek  
Badanie bł. kitem metylowym.**

Zgodno z Norm : EN 933-9

Ukompletowanie przyrz. do :

- mieszadło z wirnikiem o średnicy 75 mm i regulacją obrotów od 400 do 700 obr/min
- skalowana biureta z kranikiem o pojemności 50 ml i podziałce 0.1 ml.
- statyw z zaciskiem
- szklana pałeczka
- dyski filtracyjne
- bł. kit metylowy (100 g)
- kaolinit (500 g)
- plastikowa zlewka o pojemności 3000 ml

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe

Gwarancja: 12 miesięcy



03.08.2017. C17-0 R35 T100